




GRÓF TISZA ISTVÁN KÓRHÁZ

Dr. Muraközi Zoltán
főigazgató

4101 Berettyóújfalu, Orbán B. tér 1. Pf.: 73 Tel: 54/507-536 Fax: 54/402-209
e-mail: titkarsag@berettyokorhaz.hu
drmurakoziz@berettyokorhaz.hu
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0025-05



Tárgy: kiegészítő tájékoztatás és dokumentáció módosítás

Tisztelt Ajánlattevők!

A TED adatbankban 2015. január 10-én megjelent, 2015/S 007-007576 számú ajánlati felhívással megindult „A TIOP-2.2.4/09/1 „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című konstrukción belül, a berettyóújfalu Gróf Tisza István Kórház korszerűsítése tárgyú beruházáshoz kapcsolódóan egészségügyi gépműszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi kiegészítő tájékoztatás iránti kérdés érkezett:

1.)

Traumatológiai műtőasztal

Műszaki paraméter: Magasságállítási tartomány felső helyzete, nem több mint 1150 mm

Kérdés: Mivel véleményünk szerint, a fenti paraméter szakmailag nem indokolt, kérjük Ajánlatkérőt, jelezze, megajánlható-e a kért 1150 mm-nél magasabb műtőasztal?

Válasz: Köszönjük az észrevételt, igazat adunk a felvetésnek. Igen, ajánlható ennél magasabb értéket adó eszköz is. Ennek megfelelően a dokumentáció Műszaki leírás részében, a 48. oldalon a Traumatológiai műtőasztal technikai paraméterei közül kikerül a „Magasságállítási tartomány felső helyzete” és a hozzá tartozó „nem több mint 1150 mm” követelmény.

Mellékelten megküldésre kerül a módosított dokumentáció.

A Kbt. 42. § (3) bekezdése alapján mivel kizárólag a dokumentáció módosult és az ajánlattételi határidőt nem kell meghosszabbítani, a módosításról nem kell hirdetményt közzétenni.

Berettyóújfalu, 2015. január 27.

Tisztelettel:

Dr. Muraközi Zoltán
főigazgató

