




GRÓF TISZA ISTVÁN KÓRHÁZ

Dr. Muraközi Zoltán
főigazgató

4101 Berettyóújfalú, Orbán B. tér 1. Pf.: 73 Tel: 54/507-536 Fax: 54/402-209
e-mail: titkarsag@berettyokorhaz.hu
drmurakoziz@berettyokorhaz.hu
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0025-05



Tárgy: kiegészítő tájékoztatás és dokumentáció módosítás

Tisztelt Ajánlattevők!

A TED adatbankban 2015. január 10-én megjelent, 2015/S 007-007576 számú ajánlati felhívással megindult „A TIOP-2.2.4/09/1 „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című konstrukción belül, a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház korszerűsítése tárgyú beruházáshoz kapcsolódóan egészségügyi gépműszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi kiegészítő tájékoztatás iránti kérdés érkezett:

Kérdés:

Pacemaker generátor és elektróda

Tömeg (elemmel együtt)	Max. 200 g Igen	
------------------------	--------------------	--

Mivel véleményünk szerint, a fenti paraméter szakmailag nem indokolt, illetve az elemek súlya függ a gyártmántól is, kérjük Ajánlatkérőt, jelezze, megajánlható-e kb. 300 g súlyú eszköz?

Válasz: A dokumentáció IV. fejezete (Műszaki leírás) Pacemaker generátor és elektróda eszközre vonatkozó műszaki leírásából a "Tömeg (elemmel együtt)" technikai paraméter a hozzá tartozó követelménnyel együtt, - mivel ajánlatkérő szerint indokolatlanul korlátozó az előírás - törlésre kerül, tehát nincs a tömegre vonatkozóan maximum előírás.

A Kbt. 42. § (2)-(3) bekezdése alapján a dokumentáció módosítása esetén az ajánlattételi határidőt meg kell hosszabbítani. Az új határidőt úgy kell meghatározni, hogy legalább a módosító hirdetmény feladásának napjától a törvény által előírt minimális ajánlattételi határidő (29 nap) fele rendelkezésre álljon az ajánlat benyújtására.

A módosításról hirdetmény került feladásra. **Az új ajánlattételi határidő 2015. március 5. 10.00 óra.**

Mellékelten megküldésre kerül a módosított dokumentáció.

Berettyóújfalú, 2015. február 12.

Tisztelettel:


Dr. Muraközi Zoltán
főigazgató

